

# 白薇 PCR 鉴定试剂盒

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

咨询 QQ：[2881498726](#)

订购热线：[021 - 54720761](#)

咨询电话：[13166274233\(微信同号\)](#)

## 产品及特点：

- 1. 即开即用，用户只需要提供 DNA 模板。
- 2. 引物经过精心优化，专一性强，只扩增白薇，与其他病原没有交叉反应。
- 3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
- 4. PCR mix 中含上样染料，PCR 后可以直接上样电泳。
- 5. 本试剂盒足够做 40μL 体系的 PCR 50 次，但只能用于科研。

## 规格及成分：

| 编号  | 成分                          | 规格          |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 试剂一 | PCR MagicMix 3.0            | 1 mL (红盖)   |
| 试剂二 | 超纯水                         | 1 mL (亮黄色)  |
| 试剂三 | 白薇 PCR 鉴定 引物混合液             | 100 μL (白盖) |
| 试剂四 | 白薇 PCR 鉴定 阳性对照 (1×10E8 /μL) | 50 μL (黄盖)  |
| 试剂五 | 使用手册                        | 1 份         |

## 运输及保存：

低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。阳性对照需要单独放置，不要污染其他试剂。

## 自备试剂：

样品 DNA。

## 使用方法：

### 一、样品 DNA 的制备：

1. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。

可以选用本公司柱式病毒 DNAout。

2. 如果有 N 个样品，则需要做 N+2 个提取，包括一个样品制备阳性对照和一个样品制备阴性对照。样品制备阳性对照是在适量水（取决于试剂盒要求的样品起始量）中加 10μL 白薇 PCR 鉴定阳性对照的 1000 倍稀释液而得，样品制备阴性对照是直接用水。提取结束后最后得到模板 DNA 放冰上待用。

### 二、设置 PCR 反应 (40μL 体系)：

3. 对 N+2 个样品，在 PCR 时需要增加一个 PCR 阳性对照和一个 PCR 阴性对照，故需要设置 N+4 个反应。在 N+4 个 PCR 管中分别加入下列成分：

| 成份                                 | N+2 个样品管 | PCR 阴性对照 | PCR 阳性对照 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| PCR Magic Mix 3.0                  | 各 20μL   | 20μL     | 20μL     |
| 白薇 PCR 鉴定 引物混合液                    | 各 2μL    | 2μL      | 2μL      |
| N+2 个样品 DNA 模板                     | 各 18μL   | --       | --       |
| PCR 阴性对照 (水)                       | --       | 18μL     | --       |
| PCR 阳性对照 (白薇 PCR 鉴定阳性对照 1000 倍稀释液) | --       | --       | 18μL     |

## 4. 按下表设置 PCR 反应：

| 过程            | 温度   | 时间     |
|---------------|------|--------|
| 预变性           | 95°C | 5 min  |
| PCR 反应 35 个循环 | 95°C | 30 sec |
|               | 55°C | 30 sec |
|               | 72°C | 40 sec |
| 最后延伸          | 72°C | 7 min  |

**三、电泳检测：**

5. 取 10-20  $\mu\text{L}$  PCR 产物。电泳检测 PCR 产物。本产品提供的 PCR Mix 在扩增结束后可以直接上样，不需要另外再加 loading buffer。PCR 产物阳性对照必须有 551bp 大小的条带出现，阴性对照必须无任何扩增，否则实验无效。对没有扩增产物的样品，可以稀释 10 倍后重复 PCR 扩增以排除 PCR 抑制剂的感染。

**所有产品仅供科研使用，不得用于其他用途。**